

TV-7/U 測試器

服役年份:民國 40-59 年。

主要功能:測試電子真空管。

裝備特性:輸出 103.5VDC, 頻率 0.1KHz,
工作溫度-40 度~+125 度 F。

使用單位:基地級修護單位使用。

